Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Волоколамском,
Истринском, Лотошинском, Шаховском районах
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2
Тел.: 8(498)31-9-03-20, email: istra@cgemo.ru
Сайт: www.istracgemo.ru
ОКПО 75277009, ОГРН 1055005109147
ИНН 5029081629, КПП 501702001

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС .RU.0001.510684, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 08.04.2014 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
041 № 4416 от 21 мая 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Регион Индустрия"

2. Юридический адрес: Московская область, Истринский район, д. Новинки, Павловский бульвар, д. 18

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Регион Индустрия", Истринский район, д. Новинки, к/п Павлово-2, ул. Исаковская, стр. 3, точка 3, кран КПП

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.05.2019 09:00

Ф.И.О., должность: Дроздова Т. Е., помощник санитарного врача

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2019 10:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861 Вода. Общие требования к отбору проб,

ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор по производственному контролю № 02Д-041/2019 от 09.01.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 01.02.19.4416 41

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Портативный турбидиметр с ИК-диодом HI 98713	SN J0078536	64431-16	АА 1265243 от 07.12.2018	06.12.2019
2	Система капиллярного электрофореза Капель 105	544	17727-06	СП 2577517 от 11.03.2019	10.03.2020
3	Спектрофотометр Cary 60	MY 16080013	49189-12	АА 1265094 от 01.11.2018	31.10.2019

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: 143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 4

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.05.2019 10:30					

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
внутрилабораторный номер образца (пробы) 4416 - 2082 дата начала испытаний 13.05.2019 10:30 дата выдачи результата 16.05.2019 11:48					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2	Цветность	градус	7,0±0,3	не более 20	ГОСТ 31868 (п.5)
3	Мутность (по каолину)	мг/дм3	1,01±0,20	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п.6)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Олешкевич Г. Е., врач-лаборант					
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й Х И М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З Образец поступил 13.05.2019 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4416 - 2082 дата начала испытаний 13.05.2019 10:30 дата выдачи результата 16.05.2019 11:48					
1	Фториды (F-)	мг/дм3	1,19±0,12	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,22±0,02	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Олешкевич Г. Е., врач-лаборант					
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 13.05.2019 10:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4416 - 3840 дата начала испытаний 13.05.2019 10:10 дата выдачи результата 20.05.2019 17:57					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лугинина О. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Сивакова Е. И., техник ОПРКиВР

Руководитель ИЛЦ_____ **Кулевец О.В.**

М.П.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ